

Kałużyn, 14.11.2023r

Odpowiedź na zapytanie z dnia 13.11.2023 (4)

Dotyczy „ Dostawy aparatu USG dla Przychodni Opieki Zdrowotnej w Kałużynie „
Nr postępowania ZOZ.1.2023. ZP

1. Dotyczy załącznika do SWZ punkt 3

Czy Zamawiający dopuści aparat ultrasonograficzny klasy premium wprowadzony do produkcji w innych krajach przed rokiem 2022, ale w Polsce dopiero dostępny od roku 2022 ?

Odpowiedź – NIE

2. Dotyczy załącznika do SWZ punkt 5

Czy Zamawiający dopuści aparat ultrasonograficzny klasy premium nie posiadający wbudowanej w panel sterowania klawiatury fizycznej ?

Odpowiedź - NIE

3. Dotyczy załącznika do SWZ punkt 9

Czy Zamawiający dopuści aparat ultrasonograficzny klasy premium posiadający monitor LED 21,4 cala ?

Odpowiedź - TAK

4. Dotyczy załącznika do SWZ punkt 11

Czy Zamawiający dopuści aparat ultrasonograficzny klasy premium nie posiadający trybu standby ?

Odpowiedź - NIE

5. Dotyczy załącznika do SWZ punkt 13

Czy Zamawiający dopuści aparat ultrasonograficzny klasy premium posiadający 4 000 000 niezależnych kanałów przetwarzania ?

Odpowiedź - NIE

6. Dotyczy załącznika do SWZ punkt 14

Czy Zamawiający dopuści aparat ultrasonograficzny klasy premium posiadający 4 przyciski programowalne ?

Odpowiedź - NIE

7. Dotyczy załącznika nr 8 do SWZ punkt 20

Czy Zamawiający dopuści aparat ultrasonograficzny klasy premium posiadające 4 aktywne niezależne

gniazda do podłączenia głowic?

Odpowiedź - TAK

8. Dotyczy załącznika do SWZ punkt 23

Czy Zamawiający dopuści aparat ultrasonograficzny klasy premium posiadający maksymalny zakres częstotliwość odświeżania obrazu „frame rate” dla trybu PW 112 obrazów/sekundę ?

Odpowiedź - NIE

9. Dotyczy załącznika do SWZ punkt 24

Czy Zamawiający dopuści aparat ultrasonograficzny klasy Premium posiadający zakres prędkości dla CD 3,85 m/s

Odpowiedź - TAK

10. Dotyczy załącznika do SWZ punkt 28

Czy Zamawiający dopuści aparat ultrasonograficzny klasy Premium posiadający maks. wartość częstotliwości PRF dla Dopplera Pulsacyjnego (PWD) 26,7 kHz ?

Odpowiedź - NIE

11. Dotyczy załącznika do SWZ punkt 34

Czy Zamawiający dopuści aparat ultrasonograficzny klasy premium posiadający 5 częstotliwości bazowych dla trybu B- mode i 2 częstotliwości bazowe dla trybu CD ?

Odpowiedź - NIE

12. Dotyczy załącznika do SWZ punkt 36

Czy Zamawiający dopuści aparat ultrasonograficzny klasy premium nie posiadający możliwość regulacji stopnia udziału algorytmu SonoMR. Ustawienia indeksu ?

Odpowiedź - NIE

13. Dotyczy załącznika do SWZ punkt 40

Czy Zamawiający dopuści aparat ultrasonograficzny klasy Premium posiadający x10 Zoom dla obrazów na żywo, obrazów zamrożonych i obrazów z pamięci CINE ?

Odpowiedź - NIE

14. Dotyczy załącznika do SWZ punkt 44 i 45

Czy Zamawiający dopuści aparat ultrasonograficzny klasy premium nie posiadający możliwości nagrywania na Pendrive w czasie rzeczywistym tzw. Real-Time Recording ?

Odpowiedź - NIE

15. Dotyczy załącznika do SWZ punkt 47

Zamawiający wskazał możliwość zapisu CD/DVD, taka opcja jest możliwa tylko w przypadku zainstalowania opcji dodatkowej, czyli nagrywarki CD/DVD. Czy w takim przypadku Zamawiający wymaga wyposażenia aparatu w nagrywarkę? Czy Zamawiający rezygnuje ze wskazanego parametru oraz nagrywarki ?

Odpowiedź - NIE

16. Dotyczy załącznika do SWZ punkt 50

Czy Zamawiający dopuści aparat ultrasonograficzny klasy Premium posiadający 2 porty USB 3.0 oraz 3 porty USB 2.0 ?

Odpowiedź - NIE

17. Dotyczy załącznika do SWZ punkt 51

Czy Zamawiający dopuści aparat ultrasonograficzny klasy Premium posiadający możliwość rozbudowy o głowicę liniową dedykowaną do badań naczyniowych, małych narządów, układu mięśniowo szkieletowego posiadającą 128 elementów ?

Odpowiedź - NIE

18. Dotyczy załącznika do SWZ punkt 54

Czy Zamawiający dopuści aparat ultrasonograficzny klasy Premium posiadający możliwość rozbudowy głowice microconvex o częstotliwości 3,0-12,5 , 128 elementach oraz stworzonej w unikatowej technologii BTM?

Odpowiedź - NIE

19. Dotyczy załącznika do SWZ punkt 55

Czy Zamawiający dopuści aparat ultrasonograficzny klasy Premium posiadający głowicę liniową o

częstotliwości 2-17 MHz, szerokości czoła 51,2 mm oraz stworzonej w unikatowej technologii BTM ?

Odpowiedź – TAK

20. Dotyczy załącznika do SWZ punkt 56

Czy Zamawiający dopuści aparat ultrasonograficzny klasy Premium posiadający możliwość rozbudowy o głowicę convex o częstotliwości 0,5-8,5 MHz, 128 elementach oraz stworzonej w unikatowej technologii BTM

Odpowiedź - NIE

21. Dotyczy załącznika do SWZ punkt 57

Czy Zamawiający dopuści aparat ultrasonograficzny klasy Premium posiadający głowicę convex objętościowy zawierający 128 elementów, o kącie skanowania 70 stopni oraz stworzone w unikatowej technologii BTM?

Odpowiedź - NIE

22. Dotyczy załącznika do SWZ punkt 58

Czy Zamawiający dopuści aparat ultrasonograficzny klasy Premium posiadający głowicę endowaginalną zawierającą elementów, zakresie częstotliwości 2,5-15 MHz, o kącie skanowania 215 stopni, stworzonej w unikatowej technologii BTM?

Odpowiedź - TAK

23. Dotyczy załącznika do SWZ punkt 62

Czy Zamawiający dopuści aparat ultrasonograficzny klasy Premium nie posiadający możliwości rozbudowy o funkcję elastografii fali poprzecznej Shear Wave punktowa na dzień składania ofert ?

Odpowiedź - NIE

24. Dotyczy załącznika do SWZ punkt 69

Czy Zamawiający dopuści aparat ultrasonograficzny klasy Premium posiadający możliwość rozbudowy o pakiet obrazowania trójwymiarowego 3D/4D, ale nie posiadający funkcji zmiany położenia sztucznego źródła światła tzw. HD View, Fetus Realistic View ? W najbliższym czasie wskazana funkcja zostanie wprowadzona w pakiecie obrazowania 3D/4D

Odpowiedź - NIE

25. Dotyczy załącznika do SWZ punkt 71

Czy Zamawiający dopuści aparat ultrasonograficzny klasy Premium nie posiadający możliwości rozbudowy o protokoły BIRADS na dzień składania.

Odpowiedź - TAK