

Opis przedmiotu zamówienia

Unit stomatologiczny:

1. Panel lekarza

- dotykowy z sześcioma ramionami prowadzonymi od góry
- dmuchawka 3 funkcyjna
- mikrosilnik elektryczny, bezszczotkowy
- kątnica ze światłem NSK
- turbina ze światłem NSK
- szybkozłączka
- skaler piezoelektryczny ze światłem LED (z 5 tipami kompatybilny z EMS)
- lampa polimeryzacyjna LED
- lampa oświetlenia głównego LED z regulacją światła powyżej 50.000 LUX
- silikonowa podkładka pod końcówki
- tacka na narzędzia duża wyjmowana
- sterownik nożny bezprzewodowy
- kompresor

2. Panel asysty

- ramię asysty z dotykowym panelem sterującym
- ślinociąg i ssak – 2 rękawy ssaka (ssak fi 16 mm, ssak fi 11 mm)
- dmuchawka wodno-powietrzna

3. Blok spluwaczki

- odchylany
- instalacja ssaka do pompy mokrej w bloku spluwaczki
- pompa ssaka z łatwym dostępem do czyszczenia filtra
- separator amalgamatu
- misa spluwaczki – szklana wyjmowana
- ramię lampy z zintegrowanym pojemnikiem na chusteczki

4. Fotel stomatologiczny

- z podłokietnikami po stronie lewej

- tapicerka miękka bezszwowa
- zagłówek typu swift
- kolor tapicerki do wyboru

5. Wyposażenie dodatkowe

- krzesło dla lekarza stomatologa
- tapicerowana podstawa dla dzieci
- piaskarka
- kamera wewnątrzustna pogładowa + monitor 20 cali

6 . Prace przygotowawcze- demontaż starego unity, modyfikacja instalacji ssącej.

7. Gwarancja minimum 36 miesięcy.

8. Czas usunięcia usterki, awarii do 12 godzin od momentu zgłoszenia przez zamawiającego.

Dorota
Pisarczyk

Elektronicznie podpisany
przez Dorota Pisarczyk
Data: 2025.03.28 11:59:12
+01'00'