

Opis przedmiotu zamówienia

Unit stomatologiczny:

1. Panel lekarza

- dotykowy z sześcioma ramionami prowadzonymi od góry
- szklany panel sterujący odporny na środki dezynfekcyjne
- rękawy o długości ponad 100 cm
- dmuchawka 6 funkcyjna z podgrzewaną wodą
- mikrosilnik elektryczny, bezszczotkowy
- kątnica ze światłem NSK
- turbina ze światłem NSK
- szybkozłączka
- skaler piezoelektryczny ze światłem LED (z 5 tipami kompatybilny z EMS)
- lampa polimeryzacyjna LED
- lampa oświetlenia głównego LED z regulacją światła powyżej 50.000 LUX
- silikonowa podkładka pod końcówki
- tacka na narzędzia duża wyjmowana
- sterownik nożny bezprzewodowy
- kompresor

2. Panel asysty

- szklany panel asysty odporny na środki dezynfekcyjne
- ślinociąg i ssak – 2 rękawy ssaka (ssak fi 16 mm, ssak fi 11 mm)
- dmuchawka wodno-powietrzna

3. Blok spluwaczki

- odchylany
- instalacja ssaka do pompy mokrej w bloku spluwaczki
- pompa ssaka z łatwym dostępem do czyszczenia filtra
- separator amalgamatu
- misa spluwaczki – szklana wyjmowana
- pojemnikiem na chusteczki

4. Fotel stomatologiczny

- z podłokietnikiem po stronie lewej
- tapicerka miękka bezszwowa
- zagłówek typu swift
- kolor tapicerki do wyboru

5. Wyposażenie dodatkowe

- krzesło dla lekarza stomatologa
- tapicerowana podstawka dla dzieci
- piaskarka
- kamera wewnątrzustna poglądowa + monitor 20 cali

6 . Prace przygotowawcze- demontaż starego unity, modyfikacja instalacji ssącej.

7. Gwarancja minimum 36 miesięcy.

8. Czas usunięcia usterki, awarii do 12 godzin od momentu zgłoszenia przez zamawiającego.

KIEROWNA
SP ZOZ w Kalcu
Dorota Pisarczyk
Dorota Pisarczyk